鈺緯科技開發股份有限公司
支付憑單(會計傳票)

支付單號	3300001079	發票號碼	NV32813696	過帳日期	2023.06.16
付款方式	匯款	付款條件	K035/NET 60 DAYS FROM	到期日	2023.09.05
廠商	12490306/佳世達科技股份有限公司			幣別匯率	TWD
備註	GE Lotus 按鍵測試				

會科&說明	外幣/台幣
64900010代收代付 說明:GE Lotus 按鍵測試	19,200
成本中心:Empty 內部訂單:7501040GE-Lotus 專案RA測試$13,000+樣機費用$5415 月預算:0 /0 年預算:0 /0	
14230010進項稅額	960
金額總計	20,160

核准	覆核	初核	經辦	受款人簽收
	06/6 1555	Michael 0616 1550	Roy 0616 1530	
會計主管	會計	**補充說明區**		
		Jessie 0616 2023		

支付憑單費用核決權限

	處級主管	總經理	副董事長	董事長
1.一般費用	2萬(含)以下	2萬~300萬(含)	300萬~500萬(含)	500萬以上
2.廣告費		100萬(含)以下	100萬~200萬(含)	200萬以上
3.交際及贈品	1萬(含)以下	1萬~3萬(含)	3萬~5萬(含)	5萬以上
4.差旅報銷單	2萬(含)以下	2萬~15萬(含)	15萬~20萬(含)	20萬以上
5.樣品費	1萬(含)以下	1萬~5萬(含)	5萬~10萬(含)	10萬以上

【敬請注意並遵守下列原則】

各項支出性質一致或同時發生者，需採同一限額計算，不可拆數筆簽核。

遇核決權限與自身利益有利益衝突時，應依核決權限表之上一階主管核決後辦理。

佳世達科技股份有限公司

電子發票證明聯

2023-06-14

發 票 號 碼：NV32813696
統 一 編 號：89376900
買受人及地址: 鈺緯科技開發股份有限公司

格　　式: 25
客 戶 編 號: 820588
客戶訂單號碼：
訂 單 號 碼:
商業發票號碼：3500001199

品名	數量	單價	金額	備註
2023年5月鈺緯科技委託量測費ME230503-H01	1	19,200	19,200	42100800;Ai.Ling.Fang;7576;林明俊

銷售額合計							19,200	營業人蓋統一發票專用章
營業稅	應稅	V	零稅率		免稅		960	賣　　方: 佳世達科技股份有限公司 統一編號: 12490306 地　　址: 桃園市龜山區山頂里山鶯路１５７號
總計							20,160	
總計新台幣:							貳萬零壹佰陸拾元整	

Qisda

佳世達科技股份有限公司
量測實驗室申請單

申請日期：112 年 5 月 2 日　　申請單編號：ME230503-H01

中請單位	鈺緯科技(DIVA)	申請人	林明俊(Roy Lin)	連絡電話	(02)22268631#553
產品名稱	Medical Display	型號	GE Lotus	行動電話	0955505020
試件數量	5 pcs 5/15 2次送測計 10 pcs				
測試類別	■機構 □光學 □振動 □聲學 □熱流 □電池 □環測				
細部說明	每個樣品進行12500次按壓測試				
報告需求	■ 一般正式報告　□ 含TAF logo報告　□ Raw data				
測試需求	是否需依ISO/IEC 17025流程執行量測作業： □ 是；■ 不需要 是否需要針對測試結果進行符合性聲明： □ 是，判定規則為 ■ 不需要				
量測條件	確認按鍵導模於測試後，是否無異常，破損 5/15 第2次送測，目的：追加按壓測試 12500次 共5件.				
費用及付款條件	(2300×10+1000)×0.8×1.05=20160(含稅)				
受理與確認	待測件名稱：　數量：　(□同申請者填寫) 收件日期： □急件 ☑一般件 預計完成日期： 收件者：Emily Tylee 2023/5/3 顧客確認：Roy Lin 0503 1305　Roy Lin 0515 1650				
技術主管：Lynn Lee			量測人員：Emily Tylee		

本測試[illegible]，係依[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。若有待定判定規則之需求，請另行提供。

Form No.:TL17025-19-00-005(200916)

DYNAMIC TEST REPORT

Report No. : ME230503-H01

Report Date : 2023/05/24

Applicant : DIVA Laboratories , Ltd.

Address : 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan.

Product : Medical Display

Model : GE Lotus

Serial No : S1, S2, S3, S4, S4, S5

1. This report, including cover and content, is a total of 4 pages. It is invalid if it is not presented as the entire report.

2. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the lab.

3.This results shown in this test report refer only to the test sample(s) tested.

4. Any change or update of the report will be noticed in the "Remark".

Report Signatory : Lynn Lee

Qisda Corporation
Measurement Lab

157 Shan-Ying Road, Gueishan Taoyuan 333, Taiwan

Tel : (03)3598800 ext 2545,2621