檢驗記錄表

類別：☐ 面板類 ■ 機構 ☐ 電子件 ☐ PCBA ☐ 組配件 ☐ 輔包材 ☐ 其他_____

料號： 3MD674ME010 日期： 2023/9/5

品名規格：MODEL LABEL (RGP2402AMI_Hemo,PHILIPS) 數量： 2

判定： ■ Accpet ☐ Reject

主管： 李 23.09.05 金龍 檢驗者： 陳 23.09.05 金順

安規 & 其他

☐ 需要 ■ 不需要	安規：	☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：
		☐ Pass	☐ Fail	說明：

電氣及功能檢測：

抽樣標準/AQL：N/A 抽樣數：N/A

☐ 需要 ■ 不需要	☐ Pass	☐ Fail	說明：
☐ 需要 ■ 不需要	☐ Pass	☐ Fail	說明：

外觀檢驗(記錄不良現象及數量)

抽樣標準/AQL：G-1 / 2.5 抽樣數：2

判定： ■ Pass ☐ Fail

不良現象	不良數	不良現象	不良數	不良現象	不良數
BOSS破裂	0	卯釘脫落	0	變形	0
生鏽,刮傷	0	脫漆	0	污損	0

量測項目

抽樣標準/AQL：S-2 / 2.5 抽樣數：2

判定： ■ Pass ☐ Fail

項目	長	寬	高	高	螺孔			
規格值	292+/-0.5	31.4+/-0.3	13.6+/-0.2	12.05+/-0.2	M3			
1	291.97	31.42	13.59	12.05	OK			
2	291.98	31.37	13.6	12.02	OK			