REV.	DATE	DESCRIPTION	BY	APVD
A	20250303	因應安規升級至3.2版，model label & manual等update,料號升級	Killy	

試験成績書

総合判定 : 合格 ／ 不合格

発行日 2025 年 3 月 3 日 → Today

株式会社JVCケンウッド長岡
品質管理課-T

納　入　先 :　キヤノンメディカルシステムズ株式会社　様

対象図面番号 :BSX21-0383

得意先品名 :　CDL2013A-1A

弊社機種名 :　CDL2013A-1A1

承認	確認	担当
白井		北村

Label ← 製造番号 : L721A00001

検査項目	判定	
出荷設定	OK	NG
ＬＥＤ確認	OK	NG
フェース欠点	OK	NG
画面特性	OK	NG
ＶＲ/ＳＷ動作確認	OK	NG
タップテスト	OK	NG
耐圧テスト	OK	NG
外観・構造確認	OK	NG
銘板確認	OK	NG
パワーセーブ確認	OK	NG
輝度	OK	NG
ホワイトバランス	OK	NG
付属品確認	OK	NG

備考	工場確認印
	→ Stamp

Note:

1. 使用A4影印紙列印，黑白印刷
2. 製造番號L721A00001~，印在小貼紙後另外貼在此sheet上
   Use 3MDL4XLB430 Blank label
3. 工廠確認印需手工蓋章(QA蓋章)
4. 年月日可當日出貨批次列印(移交會提供原始excel檔)

PM / SALES					
	THIRD ANGLE PROJECTION	UNITS: mm	SCALE: 1/1	SHEET: 1/1	MODEL NO.: CDL2013A-1A1
		MATERIAL: SEE NOTES		TREATMENT: SEE NOTES	
PE / PCD	DSGD by: Killy	2025/03/03	PART NAME: VERIFICATION SHEET		
	APVD by:		PART NO.: 8MD608PR01A		VER.A
	APVD NO.:	FILE NAME: CDL2013A-1A1.cdr	DIVA Laboratories,Ltd.		