設計變更審查會議記錄

會議名稱	ECN/ECR	日期	2025/06/09	時間	09:00-10:00	地點	800 會議室
會議種類	例會						
主席	Project Leader	與會人員	Michael, Jacky, Nick, Gary, Laslie, Rongchi, Rex, Amber, Daniel				
ERR	PM	缺席人員	無				

主席指示事項：

No	工作項目	負責人
1.	進行功能,性能及安全性評估	PL
2.	變更須評估風險,於風險報告中呈現	

決議事項：

No	工作項目	負責人	狀態
1.	支架臂的鋁擠型模具經過多年磨損，導致內部組裝空間減少。為了滿足組裝要求，需要刪除部分滑軌片。	PL	

追蹤事項：

No	工作項目	負責人	完成日期	狀態	
1.					

會議記錄內容：*(XXX)紅色部分表示該事項負責人

機種名稱: TSD-PT241W-C

設計變更原因 : Remove the slideway plates(T).

設計變更描述:

The aluminum extrusion die of the stand arm has worn down over the years, reducing the internal assembly space. Some slideway plates need to be removed to meet assembly requirements.

導入時程 : Normal

客戶審查 : No needed

一. 研發課評估:

單位	審查內容	附加文件
EE :	評估變更與硬體設計無關,不會造成硬體安全性影響	無
FW:	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
ME:	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
SW:	經評估變更背不會造成機構安全性影響	無
DQE:	變更不會造成產品功能,性能及安全性影響.	安規部門評估: 無法規問題

二 結論:

同意變更.

1. 開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,
   設計變更風險審查於風險評估報告中呈現

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容,無關產品性能影響
可用性	無影響,沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查,沒有影響法規內容