kevin_peng

寄件者: Morris_Pan <morris_pan@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年10月13日星期二 下午 2:02
收件者: 'kevin_peng'; tony_chiu@diva.com.tw
副本: 'Anderson_Wei 魏品倫'; 'jackylu'
主旨: RE: PC190465-RGD Panel規格問題

Hi Kevin,

1. 需要給客戶回簽嗎? => 不用
2. 修改 BOM 時 , 只放主 Source : 3TFTLCDJ04B032 , 替代料為:N/A 對嗎? => yes

Morris Pan
Product Management Dept.
DIVA Laboratories , Ltd.
Tel: (02)2226-8631 EXT: 236

From: kevin_peng <kevin_peng@diva.com.tw>
Sent: Tuesday, October 13, 2026 1:55 PM
To: 'Morris_Pan' <morris_pan@diva.com.tw>; tony_chiu@diva.com.tw
Cc: 'Anderson_Wei 魏品倫' <anderson_wei@diva.com.tw>; 'jackylu' <jackylu@diva.com.tw>
Subject: RE: PC190465-RGD Panel 規格問題

Hi Morris:

料號申請中,截圖如下

申請人: 硬體課/彭閎熙 Kevin_Peng　　表單號: 3641　申請日期: 2026-10-13

申請類別	● 新增 ○ 修改 ○ 凍結	申請日期	2026-10-13	申請人	彭閎熙 Kevin_Peng(D0328)
產業別	● Z ○ 其他	產業別名	廷緯集團		
工廠	● 1100 ○ 其他	工廠名	中和		
物料類型	○ FERT 1 製成品 ○ HALB 2 AA組件 ● ROH 3 原料 ○ UNBW C3 客供料 ○ SAMP 5 樣品 ○ HAWA 6 商品 ○ NLAG 8 韌軟體/虛擬料號				
物料號碼	3TFTLCDJ04B032	Spec or 圖面檔案	M190ETN01_V00E_21011... M190ETN IIS (A)_TPI.pdf 備忘錄樣式.pdf 查看	屬性設定	○ 虛擬 ○ 託工 ○ DIVA自製

基本資料

敘述	PANEL (M190ETN01.0,(ES8.0),AU19"A Grade)			基礎計量單位	○ SET ● PC ○ EA
物料群組	3T00	原因/用途		品牌	
舊物料號碼		文件	T0161	部門	20 Parts
QISDA料號		QISDA 料號敘述			
備註	3TFTLCDJ04B032 for Canvys專用料 與3TFTLCDJ04B 的差異為IIS 規範. 3TFTLCDJ04B032 IIS 規範比較嚴, 使用時請注意.				

採購

製造商零件號碼	97.19M12.00E	採購群組	

後續等料號申請完後再下 EC

1. 需要給客戶回簽嗎?
2. 修改 BOM 時 , 只放主 Source : 3TFTLCDJ04B032 , 替代料為:N/A 對嗎?

以上兩點請確認. 再回覆

因為從下面的 mail 得知, Sandra 是說發內部 EC
再來就是 3TFTLCDJ04B 的承認書中的 IIS 跟你剛剛發的 IIS 不一樣. 理論上應該是不能放替代料.
我的理解是只需要放放主 Source : 3TFTLCDJ04B032 替代料為:N/A

Warm regards,
Kevin Peng

DIVA Laboratories. Ltd.　| R&D Dep.
T:+886-2-2226-8631#515　| E: kevin_peng@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423　| W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: Morris_Pan [mailto:morris_pan@diva.com.tw]
Sent: Tuesday, October 13, 2026 12:02 PM
To: 'kevin_peng' <kevin_peng@diva.com.tw>; tony_chiu@diva.com.tw
Cc: 'Anderson_Wei 魏品倫' <anderson_wei@diva.com.tw>; 'jackylu' <jackylu@diva.com.tw>
Subject: RE: PC190465-RGD Panel 規格問題

Old Part No.	1A1A1923E203200

032

Thanks.

Morris Pan
Product Management Dept.
DIVA Laboratories , Ltd.
Tel: (02)2226-8631 EXT: 236

From: kevin_peng <kevin_peng@diva.com.tw>
Sent: Tuesday, October 13, 2026 11:59 AM
To: 'Morris_Pan' <morris_pan@diva.com.tw>; tony_chiu@diva.com.tw
Cc: 'Anderson_Wei 魏品倫' <anderson_wei@diva.com.tw>; 'jackylu' <jackylu@diva.com.tw>
Subject: RE: PC190465-RGD Panel 規格問題

Hi Morris:

客戶代碼多少?

Warm regards,
Kevin Peng

DIVA Laboratories. Ltd. | R&D Dep.
T:+886-2-2226-8631#515 | E: kevin_peng@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: Morris_Pan [mailto:morris_pan@diva.com.tw]
Sent: Tuesday, October 13, 2026 11:27 AM
To: tony_chiu@diva.com.tw; Kevin_Peng 彭閎熙 <kevin_peng@diva.com.tw>
Cc: Anderson_Wei 魏品倫 <anderson_wei@diva.com.tw>; 'jackylu' <jackylu@diva.com.tw>
Subject: FW: PC190465-RGD Panel 規格問題

Hi Kevin and Tony

請協助申請 3TFTLCDJ04B Canvys 專用料,並做 EC

Morris Pan
Product Management Dept.
DIVA Laboratories , Ltd.
Tel: (02)2226-8631 EXT: 236

From: Sandra_DIVA <sandra@diva.com.tw>
Sent: Monday, October 5, 2026 12:04 PM
To: 'Morris_Pan' <morris_pan@diva.com.tw>
Subject: FW: PC190465-RGD Panel 規格問題

Hi Morris:

384	**2026/10/2**	**OPEN**	**5**	**LCD MODULE (M190ETN01.0, (ES8.0),AU19")**		**1..Canvys _PC190465-RGD 因 IIS 先前已提供給客戶,其面板需編立專用料,來做後續控管**

=>已填 ECR list 請啟動新料號,TKS!
如附件 SPEC &IIS

Warm regards,
Sandra 李慧珊
DIVA Laboratories, Ltd. | Supply Chain Mgt. Dept
T:+886-2-2226-8631#610 | E: sandra@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District ,
New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: Sandra_DIVA <sandra@diva.com.tw>
Sent: Friday, October 2, 2026 11:54 AM
To: 'Terry_Huang' <terry_huang@diva.com.tw>; 'asli_cheng' <asli_cheng@diva.com.tw>; 'Morris_Pan' <morris_pan@diva.com.tw>; 'dennis_liu 劉証瑋' <dennis_liu@diva.com.tw>; 'Nick_Lin 林益銓' <nick_lin@diva.com.tw>; 'tyson_chen 陳泰盛' <tyson_chen@diva.com.tw>; 'kevin_lee 李金龍' <kevin_lee@diva.com.tw>; 'John_Tsai' <john_tsai@diva.com.tw>; 'cathy_lee' <cathy_lee@diva.com.tw>; 'julie_yeh 葉秋宜' <julie_yeh@diva.com.tw>; 'AmyLee 李明恬' <amylee@diva.com.tw>
Cc: 'Ryan_Wang 王志維' <ryan_wang@diva.com.tw>; 'Omega_kuo@diva.com.tw' <Omega_kuo@diva.com.tw>
Subject: RE: PC190465-RGD Panel 規格問題

Hi all:

For 後續控管, for Canvys 出貨用.
下周採購會在 EC 會議提出申請,請 RD 編立新的專用料號,內部 EC 流程後入 BOM.

Warm regards,
Sandra 李慧珊
DIVA Laboratories, Ltd. | Supply Chain Mgt. Dept
T:+886-2-2226-8631#610 | E: sandra@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District ,
New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.

From: Terry_Huang <terry_huang@diva.com.tw>
Sent: Friday, October 2, 2026 11:33 AM
To: 'asli_cheng' <asli_cheng@diva.com.tw>; 'Morris_Pan' <morris_pan@diva.com.tw>; 'dennis_liu 劉証瑋' <dennis_liu@diva.com.tw>; 'Nick_Lin 林益銓' <nick_lin@diva.com.tw>; 'tyson_chen 陳泰盛' <tyson_chen@diva.com.tw>; 'kevin_lee 李金龍' <kevin_lee@diva.com.tw>; 'John_Tsai' <john_tsai@diva.com.tw>; 'cathy_lee' <cathy_lee@diva.com.tw>; 'julie_yeh 葉秋宜' <julie_yeh@diva.com.tw>; 'AmyLee 李明恬' <amylee@diva.com.tw>
Cc: 'Ryan_Wang 王志維' <ryan_wang@diva.com.tw>; 'Sandra 李慧珊' <sandra@diva.com.tw>; Omega_kuo@diva.com.tw
Subject: RE: PC190465-RGD Panel 規格問題

+Cathy & Julie

Hi **明恬**

PNL **外面若有標示** Canvys **機種無法使用字樣，請獨立裝箱隔離，給其他機種使用**
TKS.

Best Regards
Terry Huang
PMC MC

DIVA Laboratories. Ltd.
www.diva.com.tw
Tel:+886-2-2226-8631 #611
Fax:+886-2-2226-2453
Email: terry_huang@diva.com.tw
235029 新北市中和區中山路二段 351 號 9F
9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District , New Taipei City 235029, Taiwan

DIVA displays better.
積極・無悔・負責

From: asli_cheng <asli_cheng@diva.com.tw>
Sent: Friday, October 2, 2026 11:19 AM
To: 'Morris_Pan' <morris_pan@diva.com.tw>; 'dennis_liu 劉証瑋' <dennis_liu@diva.com.tw>; 'Nick_Lin 林益銓' <nick_lin@diva.com.tw>; 'tyson_chen 陳泰盛' <tyson_chen@diva.com.tw>; 'kevin_lee 李金龍' <kevin_lee@diva.com.tw>; 'John_Tsai' <john_tsai@diva.com.tw>
Cc: 'Ryan_Wang 王志維' <ryan_wang@diva.com.tw>; 'Sandra 李慧珊' <sandra@diva.com.tw>; 'Terry_Huang' <terry_huang@diva.com.tw>; Omega_kuo@diva.com.tw
Subject: RE: PC190465-RGD Panel 規格問題

Dear All
今天討論列出以下幾點
1. 廠內不良的 9 片 panel 需更換成符合客戶規格的 iis.已通知維修進行更換,退下來的會先做區分避免再使用到 canvys 產品上.
2. 兩種不同規格的 iis 之後會以料號來做區分避免發生類似事情.

3. 以後 ECR 會議上也需要把 IIS 列入討論.

Warm regards,
Asli Cheng

DIVA Laboratories. Ltd. | PE Dep.
T:+886-2-2226-8631#606 | E: asli_cheng@diva.com.tw
F:+886-2-2226-2423 | W: www.diva.com.tw
A: 9F., No.351, Sec. 2, Zhongshan Road, Zhonghe District ,
New Taipei City 235602, Taiwan R.O.C.
A: 235602 新北市中和區中山路二段 351 號 9 樓

Morris Pan
Product Management Dept.
DIVA Laboratories , Ltd.
Tel: (02)2226-8631 EXT: 236

-----Original Appointment-----
From: asli_cheng <asli_cheng@diva.com.tw>
Sent: Thursday, October 1, 2026 5:33 PM
To: asli_cheng; morris_pan 潘介翰; dennis_liu 劉証瑋; Nick_Lin 林益銓; tyson_chen 陳泰盛; kevin_lee 李金龍; 'John_Tsai'
Subject: PC190465-RGD Panel 規格問題
When: 2026 年 10 月 2 日星期五 上午 09:30-上午 10:30 (UTC+08:00) 台北。
Where: 803

Dear All
PC190465-RGD 檢驗過程中有 8 片 panel 不良,但是我們給客戶的規格是比較嚴的,
後來 iis 有變更，導致現在這幾片如果以現在的規格判定的話到客戶端可能會被退回・
所以需要大家討論要不要更換 panel 或告知客戶新的規格・

